МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

4 марта 2020 **Москва** **№** ПК 1-299

О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17, пунктом 1 части 19 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», приказом Федеральной службы по аккредитации от 1 ноября 2019 г. № 220 «О распределении обязанностей между руководителем Федеральной службы по аккредитации и заместителями руководителя Федеральной службы по аккредитации», по результатам проверки акта экспертизы соответствия Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310108, далее – Аккредитованное лицо) критериям аккредитации, п р и к а з ы в а ю:

1. Подтвердить компетентность Аккредитованного лица в соответствии с прилагаемой областью аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 18 декабря 2019 г. № 17628-ГУ).

2. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» в дополнительной (расширяемой) области аккредитации в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

с сокращением области аккредитации.

3. Утвердить дополнительную (расширяемую) область аккредитации Аккредитованного лица.

4. Внести сведения о подтверждении компетентности, расширении области аккредитации Аккредитованного лица в реестр аккредитованных лиц.

5. Для организации проведения работ, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 и законодательством в области обеспечения единства измерений, направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии копии настоящего приказа и области аккредитации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации Д.А. Макаренко.

Заместитель Руководителя  Н.В. Скрыпник

ПРИКАЗ
от «4» марта 2020 г.
№ ПК1-899

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Реестровый номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество

научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»

(ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»)
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

РОСС RU.0001.310108
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н2, лит. Ж

390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н4, лит. Ж
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГЖФ
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н2, лит. Ж				
Измерения давления, вакуумные измерения				
1	Преобразователи избыточного давления	ВПИ (0,1…60) МПа (0…20) мА (0…10) В	ПГ ±(0,2…0,6) %	
Теплофизические и температурные измерения				
2	Термопреобразователи сопротивления. Комплекты термопреобразователей сопротивления	(0…180) °С	КД А; В; С	
Измерения времени и частоты				
3	Счетчики импульсов - регистраторы	(0…999999999) имп. (0…86400) с	ПГ ±1 имп. ПГ ±5 с/сут	
4	Устройства сбора и передачи данных	(0…86400) с	ПГ ±5 с/сут	
5	Системы измерительные автоматизированные контроля и учета энергоресурсов	В соответствии с областью аккредитации	В соответствии с областью аккредитации	
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н4, лит. Ж				
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
6	Счетчики жидкости, расходомеры, преобразователи расхода	(0,006…100) $м^3$/ч (т/ч)	ПГ ±(0,2…5) %	
7	Теплосчетчики	(0…130) °С Δt (1…130) °С (0,006…100) $м^3$/ч (10^{-5}…10^6) Гкал	КД А; В; С ПГ ±(0,5…3) % ПГ ±(0,2..5) % ПГ ±(2…6) %	

1	2	3	4	5
Теплофизические и температурные измерения				
8	Устройства для распределения тепловой энергии	(10…105) °С	ПГ ±(0,1…5) °С	

Директор
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В. А. Козлов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОХРАН г. РЯЗАНЬ р.№ 6936

Руководитель экспертной группы А.Н. Кирющенков

Технические эксперты: Н.В. Васецкая

Р.И. Клеменова

К.М. Попов

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью листа (ов)

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «4» марта 2020 г.
№ РК 1-299

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Э К З Е М П Л Я Р

Р О С А К К Р

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»
(ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»)
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
РОСС RU.0001.310108
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н2, лит. Ж
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н4, лит. Ж
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51з, нежилое помещение Н1
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГЖФ
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н2, лит. Ж				
1	Преобразователи избыточного давления	ВПИ (0,1…60) МПа (0…20) мА (0…10) В	ПГ ±(0,6…1,0) %	
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, нежилое помещение Н4, лит. Ж				
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
2	Теплосчетчики	(130…150) °С Δt (130…149) °С	КД А; В; С ПГ ±(0,5…3) %	
Теплофизические и температурные измерения				
3	Устройства для распределения теплопотребления	(5…105) °С	ПГ ±(3…12) %	
390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, д. 51з, нежилое помещение Н1				
Измерения электрических и магнитных величин				
4	Счетчики электрической энергии однофазные электронные	(0,01…100) А (30…300) В 50 Гц (47,5…52,5) Гц (0…86400) с	КТ 0,5; 1; 2 ПГ ±1 % ПГ ±0,5 с/сут	

Директор
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В. А. Козлов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОХРАН г. РЯЗАНЬ р.№ 6636

Руководитель экспертной группы А.Н. Кирющенков

Технические эксперты: Н.В. Васецкая

Р.И. Клеменова

К.М. Попов